

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 25. 6. 2021/12:00 HODIN

**V děčínském očkovacím centru došlo k narušení teplotního řetězce očkovací látky**

V očkovacím centru v Děčíně došlo ve čtvrtek 24. 6. k mimořádné události, která způsobila přerušení dodávky elektrického proudu do chladicích zařízení, ve kterých se uchovávají očkovací látky Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Průběh očkování v centru nebyl ohrožen, zájemci jsou očkováni v naplánovaných termínech. Potřebné očkovací látky byly do očkovacího centra doplněny ze zásob.

Celá situace je nyní důkladně prošetřována. S ohledem na celkový rozsah události, kdy bylo vyraženo do tzv. karantény 678 lahviček s očkovací látkou, je událost prošetřována i ze strany Policie ČR.

Vzhledem k této technické chybě, kdy u části očkovacích dávek mohlo dojít k narušení teplotního řetězce očkovací látky, nabízí Krajská zdravotní, a.s., z důvodu předběžné opatrnosti všem osobám, které byly očkované ve čtvrtek 24. 6. 2021 v očkovacím centru v Děčíně, možnost bezplatného stanovení hladiny protilátek vytvořených po očkování, a to v odstupu 4 týdnů po podání druhé dávky.

**Zdroj:** [info@kzcr.eu](mailto:info@kzcr.eu)

